

## Объявление о предстоящем закупе способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аршалынская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, 020200, Акмолинская область, Аршалынский р-он, с. Аршалы, ул. Ташенова,2 объявляет о проведении закупа изделий медицинских изделий

**Требуемый объем:** согласно технической характеристики (приложение № 1).

**Срок поставки:** согласно графика поставки (приложение № 2).

**Место поставки товара:** 020200 Акмолинская обл., Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова,2 аптечный склад.

**Сумма выделенная для закупа –7890000 тенге ( Семь миллионов восемьсот девяноста тысяч) тенге.**

**Условия поставки:** Поставщик должен

- 1) Предоставить лекарственные средства и медицинские изделия которые должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 2) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств и медицинских изделий должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 3) Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств и медицинских изделий, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен соответствовать не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для лекарственных средств и медицинских изделий со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки;
- 4) Доставить товар на аптечный склад своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту в указанный срок;
- 5) Сопроводить каждую серию препарата сертификатом соответствия качества;
- 6) В случае не соответствия товара, принять меры по замене на соответствующий товар.

**Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.** Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (предлагаемая потенциальным поставщиком таблица цен, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств и медицинских изделий, включая стоимость сопутствующих услуг, технические спецификации, документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и медицинских изделий требованиям, предусмотренным настоящим постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375, подтверждающие права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций, осуществляемое разрешительными органами посредством

лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа.

Пакет документов с ценовыми предложениями предоставить в срок с **11 февраля по 18 февраля 2022 г.**, до 17 ч 00 мин включительно, по адресу: 020200, Акмолинская область, Аршалынский р-он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2 бухгалтерия. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в **10<sup>00</sup> часов «19» февраля 2022 года** по адресу: Акмолинская область, Аршалынский р-он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2, бухгалтерия

При нарочном вручении ценового предложения Заказчику, представителю потенциального поставщика необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.

Дополнительные справки можно получить по телефону: 8 (71644) 2-16-68



Главный врач

Анюхина А.Н.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№ лот	Наименование	Характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	<b>Дефибриллятор автоматический наружный</b>	<p><b>АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР</b>  Переносной автоматический наружный дефибриллятор предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов и выдачи инструкций оператору при выполнении сердечно-легочной реанимации.  Основные функциональные требования Режим работы автоматический для взрослых не менее 100/150/170/200/300/360 для детей не менее 10/15/20/30/50/70/100 Время от начала анализа до завершения набора энергии не более 20 с Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи не менее 200 Форма импульса - бифазная трапеция Диапазон измерения импеданса от 20 до 200 Ом Распознавание аритмии в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60601-2-4, АAMI DF 80 Голосовые подсказки для проведения непрямого массажа сердца Ручной режим: нет TFT-дисплей Питание: Тип батареи - перезаряжаемая Индикатор уровня заряда - не менее 4 уровней Габариты (ДШВ) не менее 295x227x87 мм Вес не более 3 кг Устойчивость к механическим воздействиям (ГОСТ Р 50444) - группа 5 Тип электродов - одноразовые (взрослые и детские)  Дефибриллятор автоматически анализирует ЭКГ пациента и указывает, обнаруживается ли ритм, пригодный для дефибрилляции. Голосовые подсказки подкрепляются сообщениями на экране и мигающими кнопками. Сертификат измерения. Гарантия не менее 12 месяцев</p>	ШТ	3	985000	2955000
2	<b>Общепольничная кровать для новорожденных</b>	Кровать предназначена для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях. Конструкция кровати – разборная. Высота ложа – фиксированная,	ШТ	3	145000	435000

		<p>нерегулируемая. Изменение углов наклона ванны-кюветы в сторону головы и в сторону ног осуществляется бесступенчато с фиксацией зажимным винтом. Наличие положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».</p> <p>Ванна-кювета выполнена из прозрачного органического стекла и оснащена карманом для именной таблички.</p> <p>Матрац выполнен из пенополиуретана толщиной не менее 45 мм в чехле из медицинской клеенки.</p> <p>Кровать установлена на 4 колёсных опорах диаметром не менее 75 мм, из них 2 с тормозом</p> <p>Габаритные размеры кровати, мм не менее 800x500x980</p> <p>Габаритные размеры ванны-кюветы, мм не менее 750x450x245      Угол наклона ванны-кюветы в сторону головы не менее 8°</p> <p>Угол наклона ванны-кюветы в сторону ног не менее 8°</p> <p>Масса, кг не более 9,7 Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг не более 13</p> <p>Допускаемая нагрузка на кровать, кг не более 12</p> <p>Размеры гофрокартонной упаковки, мм не менее 920x550x820, объем, куб.м не менее - 0,41</p> <p>Размеры гофрокартонной упаковки (2 шт.), мм не менее 970x530x930, объем, куб.м не менее- 0,48</p> <p>Размеры деревянной обрешетки, мм не менее 1020x870x600, объем, куб.м – не менее 0,53</p> <p><b>Гарантийный срок 24 месяца</b></p>				
3	<b>Общебольничная детская кровать от 3-х лет</b>	<p>Общебольничная детская кровать предназначена для лечебных, реабилитационных и профилактических учреждений</p> <p>Кровать состоит из основания, двух боковин, двух манежей, образующих замкнутое пространство, и крепления, которое соединяет и фиксирует</p>	шт	18	250000	4500000

		части кровати Ложе кровати выполнено из сварной сетки не менее Ø4 мм. В комплект входит матрас из поролон Боковые ограждения регулируются по высоте Длина – не менее 1320мм Ширина – не менее 730мм Высота – не менее 1220мм Размеры матраса, не менее мм - 1200x640x80 Каркас - металл с полимерным покрытием Ложе - сварная сетка не менее Ø4 мм Цвет каркаса – предпочтительно белый Вес, не более, кг – 40				
						7890000



*[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ Анюхина А.Н.

*[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ Адильбекова А.С.

## ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ лот	Наименование	Характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Поставка
1	Дефибриллятор автоматический наружный	<p><b>АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР</b></p> <p>Переносной автоматический наружный дефибриллятор предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов и выдачи инструкций оператору при выполнении сердечно-легочной реанимации.</p> <p>Основные функциональные требования</p> <p>Режим работы автоматический для взрослых не менее 100/150/170/200/300/360 для детей не менее 10/15/20/30/50/70/100</p> <p>Время от начала анализа до завершения набора энергии не более 20 с</p> <p>Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи не менее 200</p> <p>Форма импульса - бифазная трапеция</p> <p>Диапазон измерения импеданса от 20 до 200 Ом</p> <p>Распознавание аритмии в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60601-2-4, AAMI DF 80</p> <p>Голосовые подсказки для проведения непрямого массажа сердца</p> <p>Ручной режим: нет</p> <p>TFT-дисплей</p> <p>Питание: Тип батареи - неперезаряжаемая</p> <p>Индикатор уровня заряда - не менее 4 уровней</p> <p>Габариты (ДШВ) не менее 295x227x87 мм</p> <p>Вес не более 3 кг</p> <p>Устойчивость к механическим воздействиям (ГОСТ Р 50444) - группа 5</p> <p>Тип электродов - одноразовые (взрослые и детские)</p> <p>Дефибриллятор автоматически анализирует ЭКГ пациента и указывает, обнаруживается ли ритм, пригодный для дефибрилляции.</p> <p>Голосовые подсказки подкрепляются сообщениями на экране и мигающими кнопками.</p> <p>Сертификат измерения. Гарантия не менее 12 месяцев</p>	шт	3	
2	Общебольничная кровать для новорожденных	<p>Кровать предназначена для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях.</p> <p>Конструкция кровати – разборная. Высота ложа – фиксированная, нерегулируемая.</p> <p>Изменение углов наклона ванны-кюветы в сторону головы и в сторону ног осуществляется бесступенчато с фиксацией зажимным винтом. Наличие положений «Тренделенбург» и «АнтиТренделенбург».</p> <p>Ванна-кювета выполнена из прозрачного органического стекла и оснащена карманом для именной таблички. Матрац выполнен из пенополиуретана толщиной не менее 45 мм в чехле из медицинской</p>	шт	3	Февраль-март

		<p>клеенки. Кровать установлена на 4 колёсных опорах диаметром не менее 75 мм, из них 2 с тормозом</p> <p>Габаритные размеры кровати, мм не менее 800x500x980 Габаритные размеры ванны-куветы, мм не менее 750x450x245</p> <p>Угол наклона ванны-куветы в сторону головы не менее 8° Угол наклона ванны-куветы в сторону ног не менее 8° Масса, кг не более 9,7 Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг не более 13</p> <p>Допускаемая нагрузка на кровать, кг не более 12 Размеры гофрокартонной упаковки, мм не менее 920x550x820, объем, куб.м не менее - 0,41 Размеры гофрокартонной упаковки (2 шт.), мм не менее 970x530x930, объем, куб.м не менее- 0,48 Размеры деревянной обрешетки, мм не менее 1020x870x600, объем, куб.м – не менее 0,53</p> <p><b>Гарантийный срок 24 месяца</b></p>		
3	Общебольничная детская кровать от 3-х лет	<p>Общебольничная детская кровать предназначена для лечебных, реабилитационных и профилактических учреждений</p> <p>Кровать состоит из основания, двух боковин, двух манежей, образующих замкнутое пространство, и крепления, которое соединяет и фиксирует части кровати</p> <p>Ложе кровати выполнено из сварной сетки не менее Ø4 мм.</p> <p>В комплект входит матрас из поролон</p> <p>Боковые ограждения регулируются по высоте</p> <p>Длина – не менее 1320мм  Ширина – не менее 730мм  Высота – не менее 1220мм  Размеры матраса, не менее мм - 1200x640x80</p> <p>Каркас - металл с полимерным покрытием  Ложе - сварная сетка не менее Ø4 мм  Цвет каркаса – предпочтительно белый  Вес, не более, кг – 40</p>	шт	18



Главный врач

Анюхина А.Н.

Главная медсестра

Адильбекова А.С.