

**Медициналық мақсаттағы бұйымдардың баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен алдағы сатып алу туралы хабарландыру**

Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Аршалы аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алуды өткізу туралы хабарлайды

Заңды мекенжайы: 020200, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы ауылы, Тәшенов көшесі, 2

Қажетті көлем: техникалық сипаттамаға сәйкес (№1 қосымша)

Жеткізу мерзімі: жеткізу кестесіне сәйкес (№2 қосымша)

Тауарды жеткізу орны: 020200, Ақмола облысы Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 2

**Сатып алуға бөлінген сома 2 400 000 теңге (Екі миллион төрт жүз мың) теңге**

**Жеткізу шарттары:** Жеткізуші керек

- 1) Қазақстан Республикасында тіркелуі және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу кодексіне және тәртібіне сәйкес қолдануға дайын болуы тиіс дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды беруге міндетті;
- 2) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалау, тұтыну қаптамасы және қолдану жөніндегі Нұсқаулық Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген кодекс пен тәртіп талаптарына сәйкес келуге тиіс;
- 3) жалпы жарамдылық мерзімі екі жылдан кем дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар үшін жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі жеткізу сәтіндегі жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызына сәйкес келуге тиіс. Жарамдылық мерзімі кемінде екі жыл дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар үшін, олардың қалдық жарамдылық мерзімі жеткізу сәтінде кемінде он екі айды құрауы тиіс;
- 4) тауарларды көрсетілген мерзімде саны, сапасы, ассортименті бойынша өз көлігімен дәріхана қоймасына жеткізуге;
- 5) препараттың әрбір сериясын сапаға сәйкестік сертификатымен сүйемелдеуге;  
Тауар сәйкес келмеген жағдайда тиісті тауарға ауыстыру жөнінде шаралар қабылдасын.  
Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады.  
Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы бар (әлеуетті өнім беруші ұсынатын баға кестесінде әлеуетті өнім берушінің жеткізілетін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың, оның ішінде ілеспе қызметтердің құнын, техникалық ерекшеліктерді, ұсынылатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың талаптарға сәйкестігін

**Объявление о предстоящем закупе способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аршалынская районная больница» при управлении здравоохранения Ақмолинской области объявляет о проведении закупа запросом ценовых предложений

Юридический адрес: 020200, Ақмолинская область, Аршалынский р-он, с. Аршалы, ул. Ташенова, 2

Требуемый объем: согласно технической характеристики (приложение №1)

Срок поставки: согласно графика поставки (приложение №2)

Место поставки товара: 020200, Ақмолинская область Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2

**Сумма выделенная для закупа 2 400 000 тенге (Два миллиона четыреста тысяч) тенге.**

**Условия поставки:** Поставщик должен

- 1) Предоставить лекарственные средства и медицинские изделия которые должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
  - 2) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств и медицинских изделий должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
  - 3) Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств и медицинских изделий, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен соответствовать не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для лекарственных средств и медицинских изделий со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки;
  - 4) Доставить товар на аптечный склад своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту в указанный срок;
  - 5) Сопровождать каждую серию препарата сертификатом соответствия качества;  
В случае не соответствия товара, принять меры по замене на соответствующий товар.
- Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.** Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (предлагаемая потенциальным поставщиком таблица цен, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств и медицинских

растайтын құжаттардың түпкілікті бағасын құрайтын барлық нақты шығындары қамтылуға тиіс, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығымен көзделген бюджет қаражаты және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде, жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын операцияларды) жүзеге асыруға Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде құқықтарын растайтын құжаттар.

- б) Баға ұсыныстары бар құжаттар топтамасын 04.12.2024 ж. Бастап 11.12.2024 ж. дейін сағат 17.00-ге дейін қоса алғанда, 020200, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 2-үй мекенжайы бойынша ұсыну. Баға ұсыныстары бар конверттер 2024 жылғы "12" желтоқсан сағат 10-да Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 2, бухгалтерия мекенжайы бойынша ашылады
- Баға ұсынысын қолма-қол тапсырған кезде Тапсырыс берушіге, әлеуетті өнім берушінің өкіліне өзімен бірге өкілдің өкілеттігін растайтын тиісті түрде ресімделген сенімхат болуы қажет

Қосымша анықтамаларды мына телефон арқылы алуға болады: 8 (71644) 2-11-43

изделий, включая стоимость сопутствующих услуг, технические спецификации, документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и медицинских изделий требованиям, предусмотренным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, подтверждающие права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупки.

- б) Пакет документов с ценовыми предложениями предоставить в срок с **04.12.2024 по 11.12.2024 г.** до 17 ч 00 мин включительно, по адресу: 020200, Акмолинская область, Аршалынский р-он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2 бухгалтерия. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в **10 часов «12» декабря 2024 года** по адресу: Акмолинская область, Аршалынский р-он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2, бухгалтерия
- При нарочном вручении ценового предложения Заказчику, представителю потенциального поставщика необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.

Дополнительные справки можно получить по телефону: 8 (71644) 2-11-43



Бас дәрігер К. К. Бакиров

**Техникалық сипаттамасы**

| Жоқ. | Критерийлер   | Сипаттама  |  |   |   |
|------|---|--|--|---|---|
| 1    | <p><b>Медициналық құрал-жабдықтардың атауы</b><br/>(үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)</p> | <p align="center"><b>Дентальды диагностикалық портативті рентген-аппарат</b></p> |  |   |   |
|      |   | Жоқ.<br>б.б  | <p>Медициналық техникаға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)</p> | <p>Модель/бренд, каталог нөмірі, медициналық техниканың құрамдас бөліктерінің қысқаша техникалық сипаттамасы</p>  | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |
| 2    | <p><b>Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар</b></p>  | <p align="center"><i>Негізгі компоненттер</i></p>                                |  |   |   |
|      |   | 1  | Негізгі блок   | <p>Диагностикалық рентгендік жабдық стоматологиялық рентгендік диагностика үшін медициналық мекемелерде қолдануға арналған. Жаксырақ дополнительных және жеңіл, бір қолмен түсіруге ыңғайлы, қосымша дiрiлiсiз және экспозиция уақытын Автоматты (бағдарламаланатын) және қолмен реттеу мүмкіндігі болуы керек.</p> <p>Суреттің оңтайлы контрастын және жарықтығын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ бағдарламаланған параметрлерге жылдам қол жеткізу үшін экспозиция уақытының қажетті параметрлерін есте сақтауға мүмкіндік беретін интеллектуалды экспозиция уақытын басқару жүйесінің болуы.</p> <p>Кіріс тогы: 100-240 В аспайды ~<br/>Жиілігі: 50/60 Гц аспайды, Шығыс тогы: 19 В-3.43 а аспайды ішкі батарея: 10,8 В —, 2500 мАч кем емес<br/>Flost кіріс кернеуі: 19 В аспайды<br/>Қуат келергісі артық емес: ≤20W<br/>Сәулесі түрі: рентген сәулесі<br/>Сәулелердің бағыты мен таралуы: сәулені шектегіштің Шығыс бағытының диаметрі кемінде 60 мм<br/>Доза қуаты: 2 мГр/с артық емес<br/>Рентген түтігінің үлгісі: D-045<br/>Мақсатты Материал түрі: Вольфрам<br/>Көздеу бұрышы: кемінде 12,5<br/>Рентген сәулесінің фокусы: кем дегенде 0,4 мм<br/>Түтік кернеуі: 70 кВ±10%<br/>Түтік тогы: 2ма±20%<br/>Жүктеу уақытын реттеу диапазоны: 0,04-2,0 с ауытқу± (10%+1 с), реттеу үшін R'10 коэффициентін таңдау түймесін басыңыз.<br/>Номиналды электр қуаты: кемінде 0,14 кВт (70 кВ, 2 мА, 0,1 с)<br/>Максималды Шығыс электр қуатын тудыратын жүктеме факторларының жиынтығы: кем дегенде 70 кВ, 2 мА<br/>Меншікті сүзу: кемінде 1,0 ммал/70 кВ<br/>Қосымша сүзу: 0,5 ммал/70 кВ кем емес<br/>Жалпы сүзу: кемінде 1,5 ммал/70 кВ<br/>Жартылай мән қабаты: кемінде 70 кВ, ≥1,6 ммал</p> | 1 дана                                  |

|   |   |  |   |  |         |
|---|---|--|---|--|---------|
|   |   |  | <p>Сәулеленудің ағу жылдамдығы: 1 метр &lt;0,25 мГр/сағ (70 кВ, 2 МА, 1с, жүктеме аралығы 1 с/30 с)<br/> Жалпы салмағы: 1,9 кг артық емес<br/> Жиналған құбырдың салмағы: 1.1 кг-нан аспайды<br/> Фокус пен тері арасындағы қашықтық: 20,5±0,5 см<br/> Шығыс сәулелену өрісі: дөңгелек, φ 6 см±0,5 см.<br/> Типті басқару жүйесі: Микропроцессорлық басқару<br/> Балалар, ересектер тіс түрлерінің нұсқалары.<br/> Ұзындығы кемінде 3 м серіппелі кабелі бар фланецті қосқыш.</p> |  |         |
|   |   | 2  | Конус ұзын кем емес   | 205 мм   | 1 дана  |
|   |   | 3  | Конус қысқа артық емес  | 40 мм  | 1 дана  |
| <i>Қосымша компоненттер</i>                     |   |  |   |  |         |
|   |   | 4  | Білезік белбеуі   | Жиынтықта білезік бау болуы керек  | 1 дана. |
|   |   | 5  | Қаптамаға арналған сөмке  | Рентген аппаратын құрамдас бөліктерімен сақтауға арналған қаптаманы алыңыз | 1 дана  |
|   |   | 6  | Қуат кабелі бар адаптер   | Зарядтау үшін қуат көзі  | 1 дана  |
| <i>Шығын материалдары және тозған бөлшектер</i> |   |  |   |  |         |
|   |   | 7  | Батарея   | полимерлі литий-ионды батарея  | 1 дана  |
| 3   | <b>Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар</b>  | Жеткізілетін Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жеткізілім күнінің алдындағы жиырма төрт ай ішінде өндірілген болуы керек. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі пайдалану-техникалық құжаттаманың болуы. Тауардың бағасы мыналарды қамтуы керек: алушының мекенжайына жеткізу; орнату; персоналды өндірістік оқыту; кем дегенде 37 ай қызмет көрсету.  |   |  |         |
| 4   | <b>MT жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес)</b>  | DDP Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Аршалы аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК соңғы пайдаланушысы  |   |  |         |
| 5   | <b>Медициналық құрал-жабдықтарды жеткізу уақыты және орналасқан жері</b>  | <b>Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.</b><br><b>Мекен-жайы: Ақмола облысы Аршалы ауданы Аршалы кенті Тәшенов көшесі, 2</b>   |   |  |         |
| 6   | <b>Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары</b> | <p>MT кепілдігі пайдалануға берілген күннен бастап 37 айды құрайды. Медициналық жабдыққа 37 айға кепілдік қызмет көрсету. Жоспарлы жөндеу токанына бір рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тозған тетіктерді ауыстыру;</li> <li>- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе калпына келтіру;</li> <li>- медициналық жабдықтарды баптау және реттеу; осы медициналық жабдыққа тән жұмыс және т.б.;</li> <li>- тазалау, майлау және қажет болған жағдайда. Жәненегізгі механизмдер мен тетіктерді қайта құрастыру;</li> <li>- медициналық техниканың корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (жартылай бөлшектеумен);</li> <li>- пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың белгілі бір түріне тән басқа операциялар.</li> </ul> |   |  |         |
| 7   | <b>Қатысты қызметтерге қойылатын талаптар</b>   | Әрбір тауар жинағы мазмұны қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған техникалық-пайдалану құжаттамаларымен бірге жеткізіледі. Тауарларды өткізу Қазақстан   |   |  |         |



Техническая спецификация

| № п/п                                | Критерии  | Описание   |  |  |   |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|
| 1                                    | <p><b>Наименование медицинской техники</b><br/>(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)</p> | <p><b>Дентальный рентген-аппарат диагностический портативный</b></p> |  |  |   |
| 2                                    | <p><b>Требования к комплектации</b></p>   | <p>№ п/п</p>   | <p>Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</p> | <p>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</p>   | <p>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</p> |
| <p><i>Основные комплектующие</i></p> |   |  |  |  |   |
|                                      |   | 1  | <p>Основной блок</p>   | <p>Диагностическое рентгеновское оборудование предназначено для использования в медицинских учреждениях для стоматологической рентгенорадиологической диагностики. Предпочтительно должен быть компактным и легким, удобным для снимков одной рукой, без дополнительных вибрации, и с возможностью автоматической (программируемой) и ручной настройки времени экспозиции.<br/>Наличие интеллектуальной системы контроля времени экспозиции, которая позволяет запоминать нужные настройки времени экспозиции для обеспечения оптимальной контрастности и яркости снимка, а также с возможностью быстрого доступа к запрограммированным настройкам.<br/>Входной ток: не более 100-240 В ~<br/>Частота: не более 50/60 Гц, выходной ток: не более 19 В — 3.43 А Внутренний аккумулятор: не менее 10.8 В —, 2500 мАч<br/>Входное напряжение Flост: не более 19 В<br/>Сопротивление мощности не более: <math>\leq 20\Omega</math><br/>Тип луча: рентгеновский луч<br/>Направление и распределение лучей: диаметр выходного направления ограничителя луча не менее 60 мм<br/>Мощность дозы: не более 2 мГр/с<br/>Модель рентгеновской трубки типа : D-045<br/>Материал мишени типа : Вольфрам<br/>Угол прицеливания: не менее 12.5<br/>Фокус рентгеновского снимка: не менее 0,4 мм<br/>Напряжение трубки: 70 кВ<math>\pm 10\%</math><br/>Ток трубки : 2 мА<math>\pm 20\%</math><br/>Диапазон регулировки времени загрузки типа: 0,04-2,0с отклонение<math>\pm (10\%+1 \text{ мс})</math>, для регулировки пожалуйста, нажмите кнопку выбора коэффициента R'10.<br/>Номинальная электрическая мощность: не менее 0,14 кВт (70 кВ, 2 мА, 0,1 с)<br/>Комбинация факторов нагрузки, которые вызывают максимальную выходную электрическую мощность: не менее 70 кВ, 2 мА<br/>Собственная фильтрация: не менее 1.0 ммал/70 кВ<br/>Дополнительная фильтрация: не менее 0.5</p> | <p>1 шт.</p>  |

|  |  |   |  |       |
|--|--|---|--|-------|
|  |  |   | ммал/70 кВ<br>Общая фильтрация: не менее 1,5 ммал/70 кВ<br>Слой половинного значения: не менее 70 кВ,<br>$\geq 1,6$ ммал<br>Скорость утечки излучения: положение 1 метра $< 0,25$ мГр/ч (70 кВ, 2 мА, 1с, интервал загрузки 1 с/30 с)<br>Общая масса: не более 1,9 кг<br>Вес трубы в сборе: не более 1,1 кг<br>Расстояние между фокусом и кожей : $20,5 \pm 0,5$ см<br>Поле выходного излучения: круглое, ф 6 см $\pm 0,5$ см.<br>Система управления типа: Микропроцессорное управление<br>Детские, взрослые варианты типов зубов.<br>Фланцевый выключатель с пружинным кабелем не менее длиной 3 м. Ручной переключатель может быть установлен на расстоянии. |       |
|  | 2  | Конус длинный не менее  | 205 мм   | 1 шт. |
|  | 3  | Конус короткий не более   | 40 мм  | 1 шт. |
| <i>Дополнительные комплектующие</i>            |  |   |  |       |
|  | 4  | Ремень кистевой   | В комплекте должен быть Ремень кистевой  | 1 шт. |
|  | 5  | Упаковочная сумка   | Иметь упаковочную сумку для хранения рентген аппарата с комплектующими   | 1 шт. |
|  | 6  | Адаптер с кабелем питания   | Блок питания для зарядки   | 1 шт. |
| <i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы</i> |  |   |  |       |
|  | 7  | Аккумуляторная батарея  | полимерная ионно-литиевая батарея  | 1 шт. |
| 3  | <b>Требования к условиям эксплуатации</b>  | Поставляемый Товар, должен быть новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки.<br>Наличие эксплуатационно-технической документации на государственном и русском языках.<br>В стоимость товара должны быть включены: доставка по адресу приемщика; монтаж; обучение персонала на рабочем месте; сервисное обслуживание не менее 37 месяцев.  |  |       |
| 4  | <b>Условия осуществления поставки МТ</b><br><i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>   | DDP конечный пользователь ГКП на ПХВ «Аршальнская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области   |  |       |
| 5  | <b>Срок поставки медицинской техники и место дислокации</b>  | <b>В течение 15-ти календарных дней со дня заключения договора.</b><br>Адрес: Акмолинская область Аршальнский район поселок Аршалы ул. Ташенова,2   |  |       |
| 6  | <b>Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</b> | Гарантия на МТ 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.<br>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.<br>Плановое техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в квартал.<br>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:<br>- замену отработавших ресурсе составных частей;<br>- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;<br>- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;<br>- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;<br>-удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |       |





| № ло<br>та | Сатып алынатын<br>тауарлардын атауы<br>Наименование<br>закупаемых товаров | Өлшем<br>бірлігі<br>Единица<br>измерения | Саны<br>Количество | Бірлік<br>бағасы,<br>Тенге<br>Цена за<br>единицу,<br>тенге | Бөлінген<br>сома<br>Выделенна<br>я сумма | Жеткізу<br>мерзімі<br>Срок<br>поставки               | Жеткізу орны<br>Место поставки   |
|------------|---|--|--------------------|--|--|--|--|
| 1          | Дентальный рентген-<br>аппарат<br>диагностический<br>портативный          | штука                                    | 1                  | 2 400 000  | 2 400 000                                | После<br>подпис<br>ания<br>договора до<br>25.12.2025 | ГКП на ПХВ<br>«Аршальнская<br>районная<br>больница» при<br>управление<br>Здравоохранения<br>Акмолинской<br>области по адресу<br>Акмиолинская<br>область<br>Аршальнский<br>район п. Аршалы,<br>ул. Ташенова,2 |



Бас дәрігер

Бакиров К.К.

Бас медбике

Сағынбекова Д.Н.

Есетін

Биджиева Ф.А.