

Протокол №2

итогов тендера по закупу медицинских изделий (медицинской техники)

п. Аршалы

«29» октября 2024 год, в 15:00 часов

Организатор и Заказчик: ГКП на ПХВ «Аршалынская районная больница» при управление здравоохранения Акмолинской области

1. Место подведения итогов: Акмолинская область Аршалынский район поселок Аршалы улица Ташенова, 2, второй этаж, 45 кабинет, актовый зал

2. На основании приказа №329 от 30 сентября 2024 года «О проведении закупок способом тендера» объявление №2 от 03 октября 2024 года которое было размещено на сайте arshncrb.kz, приказа №344 от 16 октября «О внесении изменений в тендерную документацию» и в соответствии Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, подведены итоги тендера

3. Сумма, выделенная для проведения Тендера, составляет 54081970 тенге (Пятьдесят четыре миллиона восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) тенге

№ Лота	Наименование лота	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии аудиологического скрининга	1шт	12 900 000	12 900 000
2	Высокоточный нагреватель жидкостей	1шт	15 900 000	15 900 000
3	Устройство для обогрева пациента	1шт	6 947 970	6 947 970
4	Монитор прикроватный со стандартным набором принадлежностей	2шт	6 167 000	12 334 000
5	Ручное УЗИ с планшетом - для использования в офисах ХСН	1шт	6 000 000	6 000 000
				54081970

4. На основании опубликованного объявления в установленные сроки до момента истечения окончательного срока предоставления конвертов (до 28 октября 2024 года, 10:00 часов), заявки на участие в Тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Адрес потенциального поставщика (область, город, улица, дом, квартира)	Дата и время представления заявки (по хронологии)
1	ТОО «KAZMEDEQ.KZ»	140340000454	г. Астана, пр. Туран 30А, БЦ «Sat Tower», 3 этаж	22 октября 2024г в 15:10
2	ИП «Lana»	940514400284	г. Астана, район Есиль, Бокейхана, 42, 179	23 октября 2024 г в 17:10
3	ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»	120240013469	г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 179/А, офис 214	24 октября 2024 г в 10:30
4	ТОО «ИСТОК АУДИО КАЗАХСТАН»	061040000568	г. Астана, ул. Сейфуллина 4/1, ВП 12-14	24 октября 2024 г в 11:20

5. Отзыв и изменения тендерных заявок потенциальных поставщиков – не производились.

6. После истечения окончательного срока предоставления конвертов, на регистрацию (после 28 октября 2024 года, 10:00 часов), на участие в закупке потенциальные поставщики конверты с заявкой не представляли.

7. На вскрытии конвертов с заявками присутствовал представитель от потенциального поставщика ИП «Lana – Оразалы Ернар Мауленулы удостоверение № 044409022 от 04.06.2018г. МВД РК и зафиксировано в журнале регистрации потенциальных поставщиков участвовавших на вскрытии тендерных заявок

8. Состав комиссии для проведения тендера:
Председатель комиссии: Имашев Азамат Русланович – исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе

Заместитель председателя Афанасьева Фатмана Тамазиевна - заведующая акушерско – гинекологическим отделением – в отпуске, выписка из приказа прилагается

Члены комиссии: Якупова Альбина Салаватовна – юрист
Ракеть Галина Михайловна - врач общей практики, кардиолог
Сағынбекова Дана Нуржан Қызы – главная медицинская сестра
Секретарь Биджиева Фатима Азретовна – бухгалтер по государственным закупкам

9. Информация о привлеченных экспертах: не привлекались

10. Потенциальные поставщики предоставившие тендерные заявки, отражены по лотам в *Приложение 1* приложении №1 к настоящему протоколу

№ Лота	Наименование лота	Количество	ТОО «KAZMEDEQ.KZ»	ИП «Lana»	ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»	ТОО «ИСТОК АУДИО КАЗАХСТАН»
1	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии аудиологического скрининга	1шт		12 899 000		9 300 000
2	Высокопоточный нагреватель жидкостей	1шт			15 900 000	
3	Устройство для обогрева пациента	1шт	4 800 000		6 666 707	
4	Монитор прикроватный со стандартным набором принадлежностей	2шт		6 166 000		
5	Ручное УЗИ с планшетом - для использования в офисах ХСН	1шт			6 000 000	

11. Не соответствует требованиям правил (приказ №110 МЗ РК от от 7 июня 2023 года) - ТОО «Исток Аудио Казахстан», г. Астана, ул. Сейфуллина 4/1, Вп 12-14 – лот №1 (пункт 62 пп 7 настоящих правил, ссылка на п.51 пп1 - технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате «docx»).

- Время работы электронного блока при использовании аккумулятора не менее 10 до 15 часов
- Дисплей не менее 4,3 с разрешением не менее 272x480
- Напряжение питания электронного блока от внешнего блока питания не более 9В
- Количество каналов не более 1
- Диапазон регистрируемых вызванных потенциалов не менее 0.1 не более 900 мкВ
- Ослабление синфазной помехи не менее 100дБ
- Действующее напряжение шумов, приведенных ко входу не более 0,35 мкВ
- Входное сопротивление канала не менее 90 Мом
- Входная емкость усилителей не более 40 пФ
- Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне не менее 30 не более 3000 Гц в пределах не менее -30 не более +5%
- Диапазон определения межэлектродного импеданса не менее 0,5 не более 400 кОм
- Диапазон регулировки амплитуды стимула для зонда ОАЭ не менее 0-60 дБ ПС
- Интенсивность стимула не менее 50... не более 120 дБ
- Диапазон регулировки частоты стимуляции (в методике АСВП) не более 93 Гц
- Монитор Ж не менее 17 дюймов и более
- Мощность UPS не менее 600VA
- Электроды одноразовые, для кратковременного мониторингирования ЭМГ, КСВП, размер не более 22ммx34мм

