

Медициналық мақсаттағы бұйымдардың баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен алдағы сатып алу туралы хабарландыру

Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Аршалы аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алуды өткізу туралы хабарлайды
Заңды мекенжайы: 020200, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы ауылы, Тәшенов көшесі, 2

Қажетті көлем: техникалық сипаттамаға сәйкес (№1 қосымша)

Жеткізу мерзімі: жеткізу кестесіне сәйкес (№2 қосымша)

Тауарды жеткізу орны: 020200, Ақмола облысы Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 2

Сатып алуға бөлінген сома 4 750 000 тенге (Төрт миллион жеті жүз елу мың) тенге

Жеткізу шарттары: Жеткізуші керек

- 1) Қазақстан Республикасында тіркелуі және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік тіркеу кодексіне және тәртібіне сәйкес қолдануға дайын болуы тиіс дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды беруге міндетті;
- 2) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалау, тұтыну қаптамасы және қолдану жөніндегі Нұсқаулық Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген кодекс пен тәртіп талаптарына сәйкес келуге тиіс;
- 3) жалпы жарамдылық мерзімі екі жылдан кем дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар үшін жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі жеткізу сәтіндегі жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызына сәйкес келуге тиіс. Жарамдылық мерзімі кемінде екі жыл дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар үшін, олардың қалдық жарамдылық мерзімі жеткізу сәтінде кемінде он екі айды құрауы тиіс;
- 4) тауарларды көрсетілген мерзімде саны, сапасы, ассортименті бойынша өз көлігімен дәріхана қоймасына жеткізуге;
- 5) препараттың әрбір сериясын сапаға сәйкестік сертификатымен сүйемелдеуге;
Тауар сәйкес келмеген жағдайда тиісті тауарға ауыстыру жөнінде шаралар қабылдасын.
Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы бар (әлеуетті өнім беруші ұсынатын баға кестесінде әлеуетті өнім берушінің жеткізілетін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың, оның ішінде ілеспе қызметтердің құнын, техникалық ерекшеліктерді, ұсынылатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың талаптарға сәйкестігін

Объявление о предстоящем закупе способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аршалынская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области объявляет о проведении закупки запросом ценовых предложений

Юридический адрес: 020200, Акмолинская область,

Аршалынский р-он, с. Аршалы, ул. Ташенова, 2

Требуемый объем: согласно технической характеристики (приложение №1)

Срок поставки: согласно графика поставки (приложение №2)

Место поставки товара: 020200, Акмолинская область

Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2

Сумма выделенная для закупки 4 750 000 тенге (Четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) тенге.

Условия поставки: Поставщик должен

- 1) Предоставить лекарственные средства и медицинские изделия которые должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
 - 2) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств и медицинских изделий должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
 - 3) Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств и медицинских изделий, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен соответствовать не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для лекарственных средств и медицинских изделий со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки;
 - 4) Доставить товар на аптечный склад своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту в указанный срок;
 - 5) Сопровождать каждую серию препарата сертификатом соответствия качества;
В случае не соответствия товара, принять меры по замене на соответствующий товар.
- Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.** Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. (предлагаемая потенциальным поставщиком таблица цен, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств и медицинских

растайтын құжаттардың түпкілікті бағасын құрайтын барлық нақты шығындары қамтылуға тиіс, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-ағарту (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығымен көзделген бюджет қаражаты және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде, жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын операцияларды) жүзеге асыруға Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде құқықтарын растайтын құжаттар.

- 6) Баға ұсыныстары бар құжаттар топтамасын 04.11.2024 ж. Бастап 11.11.2024 ж. дейін сағат 17.00-ге дейін қоса алғанда, 020200, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 2-үй мекенжайы бойынша ұсыну. Баға ұсыныстары бар конверттер 2024 жылғы "12" қараша сағат 10-да Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 2, бухгалтерия мекенжайы бойынша ашылады. Баға ұсынысын қолма-қол тапсырған кезде Тапсырыс берушіге, әлеуетті өнім берушінің өкіліне өзімен бірге өкілдің өкілеттігін растайтын тиісті түрде ресімделген сенімхат болуы қажет.

Қосымша анықтамаларды мына телефон арқылы алуға болады: 8 (71644) 2-11-43

изделий, включая стоимость сопутствующих услуг, технические спецификации, документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и медицинских изделий требованиям, предусмотренным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, подтверждающие права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций, осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупки.

- 6) Пакет документов с ценовыми предложениями предоставить в срок с **04.11.2024 по 11.11.2024 г.** до 17 ч 00 мин включительно, по адресу: 020200, Акмолинская область, Аршалынский р-он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2 бухгалтерия. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в **10 часов «12» ноября 2024 года** по адресу: Акмолинская область, Аршалынский р-он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 2, бухгалтерия. При нарочном вручении ценового предложения Заказчику, представителю потенциального поставщика необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.

Дополнительные справки можно получить по телефону: 8 (71644) 2-11-43



Бас дәрігер К. К. Бакиров

САТЫП АЛЫНАТЫН МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҮЙЫМДАР КЕСТЕСІ
ТАБЛИЦА ЗАКУПАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ п/п	Атауы Наименование	Өлшем бірлігі Ед. измерения	Саны Количество	Бағасы Цена	Сомасы Сумма
1	Прибор Амбулаторный монитор артериального давления	шт	1	2 750 000	2 750 000
2	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	шт	1	2 000 000	2 000 000
	Итого				4 750 000

Бас дәрігер

Бас медбике

Есепші



Бакиров К.К.

Сағынбекова Д.Н.

Биджиева Ф.А.

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Бакиров К.К.



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание												
1	Наименование медицинской техники	Прибор Амбулаторный монитор артериального давления*												
2	Требования к комплектации	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="790 127 989 560">№ п/п</th> <th data-bbox="790 127 989 560">Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)</th> <th data-bbox="790 127 989 560">Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</th> <th data-bbox="790 127 989 560">Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="989 127 1077 560">Основные комплектующие</td> </tr> <tr> <td data-bbox="989 127 1077 560">1</td> <td data-bbox="989 127 1077 560">Прибор Амбулаторный монитор артериального давления</td> <td data-bbox="989 127 1077 560"> <p>Ресурсы питания: не менее 2 NiCd, не менее аккумуляторная батарея или NiMH батарейки АА</p> <p>Дисплей: жидкокристаллический</p> <p>Способ измерения АД: осциллометрический</p> <p>Датчик давления: пьезоэлектрический</p> <p>Диапазон измерений не менее: АД: 30-280 мм рт.ст.</p> <p>ЧСС диапазон измерений не менее: 40-240 уд/мин.</p> <p>Точность измерений не более: АД: ±3 мм рт.ст. ±</p> </td> <td data-bbox="989 127 1077 560">1 шт.</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	Основные комплектующие				1	Прибор Амбулаторный монитор артериального давления	<p>Ресурсы питания: не менее 2 NiCd, не менее аккумуляторная батарея или NiMH батарейки АА</p> <p>Дисплей: жидкокристаллический</p> <p>Способ измерения АД: осциллометрический</p> <p>Датчик давления: пьезоэлектрический</p> <p>Диапазон измерений не менее: АД: 30-280 мм рт.ст.</p> <p>ЧСС диапазон измерений не менее: 40-240 уд/мин.</p> <p>Точность измерений не более: АД: ±3 мм рт.ст. ±</p>	1 шт.
№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)											
Основные комплектующие														
1	Прибор Амбулаторный монитор артериального давления	<p>Ресурсы питания: не менее 2 NiCd, не менее аккумуляторная батарея или NiMH батарейки АА</p> <p>Дисплей: жидкокристаллический</p> <p>Способ измерения АД: осциллометрический</p> <p>Датчик давления: пьезоэлектрический</p> <p>Диапазон измерений не менее: АД: 30-280 мм рт.ст.</p> <p>ЧСС диапазон измерений не менее: 40-240 уд/мин.</p> <p>Точность измерений не более: АД: ±3 мм рт.ст. ±</p>	1 шт.											

	<p>2% ЧСС: $\pm 5\%$ Хранение данных: не менее 600 измерений АД, позволяет мониторировать не менее 48 часов. Наличие: Твердотельная энергонезависимая память/ Наличие: Интерфейс для передачи данных: типа USB – mini USB кабель. Точность измерения артериального давления: алгоритм измерения АД имеет соответствие протоколов типа BHS, VHS, AAMI. Наличие: компрессор с автоматическим управлением Функция встроенной записи голоса (не менее 8 записей, продолжительностью не менее 15 секунд каждая) Определение размера манжеты: автоматическое (от педиатрической до большой). Надежность измерений: максимальное давление при нагнетании не менее 300 мм рт.ст.: Наличие: Клапан аварийного спуска для случая неисправности в системе питания (например, при изъятии батареек) Понижение давления и спуск воздуха: автоматический клапан для регулируемого сброса давления Наличие: Функция замены батарей во время сеанса мониторирования без потери данных. Стандарт защиты от воды: типа IP22 Габариты: не более 70 x 99 x 30 мм Масса: не более 196 г без элементов питания Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией</p>	
Комплектующие		
1	Руководство по эксплуатации	1 шт.
	Руководство по эксплуатации аппарата Амбулаторный монитор артериального давления типа АВРМ-06. Не менее	1 шт.

			2	Манжета нормальных размеров	Точность измерений: максимальное давление при нагнетании не менее 300 мм рт.ст. Интервал окружности плеча интервал не менее 25-32 см. Длина шланга не менее 109 см. Безлатексная ткань. Не менее	1 шт.
		3	Интерфейс оптического соединения с ПК	Кабель для соединения типа с ПК. USB – mini-USB кабель. Не менее	1 шт.	
		4	Носитель информации	Носитель информации с новейшим программным обеспечением. Не менее	1 шт.	
		5	Футляр для прибора с ремнями	Переноска для оборудования. Выполнена из тканевой основы и эластана. Не менее	1 шт.	
			Расходные материалы и изнашиваемые узлы			
1			Батареи типа AA	Батареи питания не менее	2 шт.	
3	Требования к условиям эксплуатации		Условия работы: темп. окружающей среды не менее +10 to +45 °С Влажность не более 10 to 95 % Атмосферное давление не более 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды не менее -20 to +50 °С			
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)		DDP пункт назначения ГКН на ГКХ «Аршальская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области			
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации		15 календарных дней после подписания договора. Акмолинская область Аршальский район п. Аршалы ул. Гашенова,2			
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с		Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не менее чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:			

	<p>привлечением третьих компетентных лиц</p>	<ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурсе составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
7	<p>Требования к сопутствующим услугам</p>	<p>Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если прибор относится к измерительным приборам либо предоставить сертификат или письмо о том, что не относится к измерительным приборам. Регистрационное удостоверение обязательно. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.</p> <p>Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещений, но внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск прибором, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при осуществлении в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.</p>



Техническая спецификация

Критерии		Описание												
№ п/п	Критерии	Описание												
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) <i>(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру												
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения <i>(с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование комплектующего к МТ <i>(в соответствии с государственным реестром МТ)</i></th> <th>Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ</th> <th>Требуемое количество <i>(с указанием единицы измерения)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><i>Основные комплектующие</i></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру</td> <td>Карта памяти оперативная внутренняя Фаза записи не менее 168 часов (7 суток) Габариты не более 67 x 93 x 21 мм С подсветкой ЖК Дисплей, размер: не менее 48 x 28 мм Масса не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля)</td> <td>1 шт.</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ <i>(в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество <i>(с указанием единицы измерения)</i>	<i>Основные комплектующие</i>				1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	Карта памяти оперативная внутренняя Фаза записи не менее 168 часов (7 суток) Габариты не более 67 x 93 x 21 мм С подсветкой ЖК Дисплей, размер: не менее 48 x 28 мм Масса не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля)	1 шт.
№ п/п	Наименование комплектующего к МТ <i>(в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество <i>(с указанием единицы измерения)</i>											
<i>Основные комплектующие</i>														
1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	Карта памяти оперативная внутренняя Фаза записи не менее 168 часов (7 суток) Габариты не более 67 x 93 x 21 мм С подсветкой ЖК Дисплей, размер: не менее 48 x 28 мм Масса не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля)	1 шт.											
3	Требования к комплектации													

		<p>Кнопки управления: не менее 3 кнопки управления меню, 1 – событие. Наличие: функция блокировки клавиатуры по времени. Наличие: Встроенный звуковой сигнализатор Питание: батарея не более AA – 1 шт Частота дискретизации: не менее 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь типа с ПК через мини USB Количество каналов не менее 12 (не менее 10 отведений). наличие: функция программирование регистратора через кнопки на регистраторе без использования компьютера</p>	
<i>Дополнительные комплектующие</i>			
2	ЭКГ кабель	Кабель ЭКГ не менее с 10 отведениями не менее	1 шт.
3	USB кабель	Кабель для соединения с ПК не менее	1 шт.
4	Набор одноразовых электродов для ЭКГ	Электроды одноразовые для присоединения с ЭКГ кабелем, не менее 1 упаковка – не менее 30 штук	1 упаковка
5	Компакт диск с программным обеспечением	Программное обеспечение для обработки данных с оборудования не менее	1 шт.
6	Сумка для аппарата	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы. Не менее	1 шт.
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>			

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 1317 256 1391">7</td> <td data-bbox="220 936 256 1317">Батареи типа AA</td> <td data-bbox="220 360 256 936">Батареи питания не менее</td> <td data-bbox="220 107 256 360">1 шт.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1317 293 1391">8</td> <td data-bbox="256 936 293 1317">Руководство пользователя</td> <td data-bbox="256 360 293 936">Не менее</td> <td data-bbox="256 107 293 360">1 шт.</td> </tr> </table>	7	Батареи типа AA	Батареи питания не менее	1 шт.	8	Руководство пользователя	Не менее	1 шт.
7	Батареи типа AA	Батареи питания не менее	1 шт.							
8	Руководство пользователя	Не менее	1 шт.							
4	Требования к условиям эксплуатации	<p>Условия работы: темп. окружающей среды не менее +10 до +45 °С Влажность не более 10 до 95 % Атмосферное давление не более 70 до 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды примерно не менее -20 до +50 °С Влажность не более 10 до 95 %</p>								
5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	<p>DDP пункт назначения ГПП на ПХВ «Аршальнская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области</p>								
6	Срок поставки МТ и место дислокации	<p>15 календарных дней со дня подписания договора. Акмолинская область Аршальнский район поселок Аршалы ул. Ташенова,2</p>								
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если прибор относится к измерительным приборам либо предоставить сертификат или письмо о том, что не относится к измерительным приборам. Регистрационное удостоверение обязательно. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования). Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурсе составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий</p>								

ЖЕТКІЗУ КЕСТЕСІ
ГРАФИК ДОСТАВКИ

№ п/п	Атауы Наименование	Өлшем бірлігі Ед. измерения	Саны Количество	Жеткізу мерзімі Сроки доставки
1	Прибор Амбулаторный монитор артериального давления	шт	1	Со дня подписания договора 15 календарных дней
2	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	шт	1	

Бас дәрігер

Бас медбике

Есепші


Бакиров К.К.
Сағынбекова Д.Н.
Биджиева Ф.А.